



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

TW.C.34.083.A № 23400

Срок действия до 13 августа 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Микроомметры цифровые SEW 6237DLRO

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Standard Electric Works Co., Ltd." (SEW), Тайвань

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 31327-06

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 31327-06


ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **17 августа 2012 г. № 560**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства




Ф.В.Бульгин

"13" 09 2012 г.

Серия СИ

№ 006184

Срок действия до 07 июня 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **07 июня 2017 г. № 1220**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев



..... 2017 г.